

شماره شیوه نامه: ۰۲-۷-۳

عنوان : دستورالعمل‌ها، روش‌ها و تجهیزات پیشنهادی به منظور اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی

: مقدمه

این شیوه نامه در راستای هماهنگ سازی تجهیزات، روش‌های پیشنهادی و دستورالعمل‌های فنی آزمایشگاه‌های معتمد و به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با خوداظهاری در پایش آلاینده‌های زیست محیطی، در کمیته آزمایشگاه‌های معتمد تدوین گردیده و به تصویب رسیده است.

لازم به ذکر است هرگونه دستورالعمل و روش پیشنهادی با ارائه مستندات علمی قابل بررسی و تائید می‌باشد.

جدول دستورالعمل‌ها، روش‌ها و تجهیزات پیشنهادی به منظور اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی

شماره استاندارد	دستورالعمل‌های فنی	روش‌های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
4500-H ⁺ B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	دستگاهی	pH متر	pH		
2550B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	دستگاهی	pH متر	دما		
2520B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	دستگاهی	EC متر	شوری		
2510 B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	دستگاهی	EC متر	هدايت الکتریکی		
5220 B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین COD به روش هضم برگشتی باز، روش فنومتری	هیتر مانلی، راکتور، اسپکتروفوتومتر	COD		
5210 D	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	دستگاهی - ۵ روزه	BOD متر	BOD		

سازمان
زیست محیطی

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تحصصی
2540 D	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	گراویمتری، روش اسپکتروفتوتری	فیلتر هولدر، کاغذ صافی با مش ۴۵٪، میکرون، آون، ترازو	TSS		
2540 C	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	گراویمتری	آون	TDS		
4500-NO ₃ ⁻ B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین نیترات به روش اسپکتروفتوتری ماوراء بنفش	اسپکتروفتوتر	نیترات		
4500-NO ₂ ⁻ B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین نیتریت با NED	اسپکتروفتوتر	نیتریت		
4500-SO ₄ ²⁻ C	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین سولفات با روش وزن سنجی پس از سوزاندن رسوب ، اسپکتروفتوتری	فیلتر هولدر، اسپکتروفتوتر	سولفات		
4500-NH ₃ C	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین آمونیاک با روش نسلریزاسیون	اسپکتروفتوتر	آمونیاک		
4500-Cl ⁻ B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین کلرید به روش آرژانومتری	تیترومتر	کلراید		
	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	رنگ سنجی ، اسپکتروفتوتری	کیت کلر، اسپکتروفتوتر	کلر آزاد		
4055C.Anionic Surfactants as MBAS	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	اسپکتروفتوتری	اسپکتروفتوتر	دترجنت		
5520B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	روش گراویمتری، اسپکتروفتوتری	ترازو، اسپکتروفتوتر IR	OIL		
3500-Ca B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین کلسیم به روش حجم سنجی با استفاده EDTA	تیترومتر	کلسیم		

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
3500-Mg E	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین منیزیم به روش محاسباتی حجم سنجی با استفاده از EDTA	تیترومتر	منیزیم		
4500-P D	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین فسفر به روش مولیدات آمونیوم	اسپکتروفتو متر	فسفات		
2130B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	کدورت به روش نفلومتری	کدورت سنج	کدورت		
4500-O B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین اکسیژن محلول به روش اصلاح با آزاد، وینکلر، اسپکتروفتو متری	DO متر، تیترومتر	DO		
-	-	دستگاهی	دبی متر	دبی		
4500-S ²⁻ D	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	رنگ سنجی، اسپکتروفتو متری	اسپکتروفتو متر	سولفید		
5530 D	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	فتو متری مستقیم، اسپکتروفتو متری	اسپکتروفتو متر	فل		
4500-P D	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	تعیین فسفر به روش مولیدات آمونیوم	اسپکتروفتو متر	فسفات		
2130B	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	کدورت به روش نفلومتری	کدورت سنج	کدورت		
4500-SO ₃ ²⁻ C	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	رنگ سنجی (فانتولین)، اسپکتروفتو متری	اسپکتروفتو متر	سولفیت		
4500-CN ⁻ E	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	رنگ سنجی، اسپکتروفتو متری	اسپکتروفتو متر	سیانید		
4500-F ⁻ D	Standard Methods For The Examination Of Water And Waste Water	روش اسپادنر، رنگ سنجی با اسپکتروفتو متر	اسپکتروفتو متر	فلوراید		

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
۷۸۸۳	استاندارد ملی ایران	کاهش وزن دردمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد	آون، ترازو	درصد رطوبت خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	کاهش وزن دردمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد	آون، ترازو	درصد اشباع خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	کاهش وزن دردمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد	آون، ترازو	درصد اشباع خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	در عصاره اشباع	EC	pH خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	در عصاره اشباع	متر pH	pH خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	روش والکلی بلاک	تیتراسیون	مواد آلی خاک		
ISO 11508	ISO	با استفاده از پیکنومتر	پیکنومتر	چگالی حقیقی ذرات خاک		
۱۰۸۱۳	استاندارد ملی ایران	کاهش وزن دردمای ۴۴۰ درجه سانتی گراد	کوره الکتریکی	افت حرارتی خاک		
ASTM D2974	ASTM					
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	اسید و سود	تیتراسیون	کل مواد خنثی شونده خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	هیدرومتری	هیدرومتر	بافت خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	روش حجم سنگی - در عصاره اشباع	تیتراسیون	قلیائیت خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	روش آرژانومتری - در عصاره اشباع	تیتراسیون	کلراید خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	روش وزن سنگی - در عصاره اشباع	فیلتر هولدر، اسپکتروفوتومتر	سولفات خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	روش حجم سنگی با استفاده از - EDTA در عصاره اشباع	تیتراسیون	کلسیم خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	روش محاسباتی - در عصاره اشباع	تیتراسیون	منیزیم خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	روش نورسنگی نشري شعله - در عصاره اشباع	فلیم فتومنتر	سدیم خاک		
۸۹۳	نشریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب	روش نورسنگی نشري شعله - در عصاره اشباع	فلیم فتومنتر	پتاسیم خاک		

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
بخش آماده سازی نمونه های بیولوژی، گیاهی و رسوب	MOOPAM	خشک کردن به روش انجماد	فریز درایر	جهت سنجش هیدروکربنها نفتی و فلزات سنگین	پودر	۱۳۹۰
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	نقره		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	بریلیوم		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	آرسنیک		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	بر		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	سلنیوم		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	کادمیم		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	نیکل		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	وانادیم		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	مس		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	روی		

**گروه
تخصصی**

ریزگروه
بین‌المللی
برتر

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	آهن		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف یا آنالایزر جیوه	جیوه		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	سرب		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	آلومینیوم		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	کروم		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	کبالت		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	آنتمیوان		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	قلع		
بخش فلزات کلیه روش های فوق	MOOPAM, Standard Method, EPA	مطابق با دستور کار دستگاه مورد استفاده و دستورالعمل فنی مربوطه	جذب اتمی یا ICP یا آیون کروماتوگراف یا پلازوگراف	تالیوم		

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
	MOOPAM -(section 6) EPA method	کروماتوگرافی	HPLC GC	ترکیبات نفتی آروماتیک	میدر و کربن های نفتی و سوموم	بنزین پلیمر
	MOOPAM -(section 6) EPA method	کروماتوگرافی	GC	ترکیبات PCB		
	MOOPAM -(section 6) EPA method	کروماتوگرافی	GC	سوموم کلره		
1501	NIOSH	کروماتوگرافی	GC	BTEX		
ISIRI42079221B استاندارد متد	M.P.N	M.P.N	اتوکلاو، انکوباتور، آون، هیتر مغناطیسی، هود لامینار	توتال کلیفرم	بیولوژی	بیولوژی
ISIRI42079221B استاندارد متد	M.P.N	M.P.N	اتوکلاو، بن ماری، آون، هیتر مغناطیسی، هود لامینار	فکال کلیفرم		
	Guid line C-17	Guid line C-17	انکوباتور، هود لامینار، اتوکلاو، آون، هیتر مغناطیسی، PCD	پایش دستگاه های بی خطر ساز پسماند پزشکی (اندیکاتور بیولوژیکی باسیلوس استاروتوفیلوس و باسیلوس سوبلیس)	بیولوژی	بیولوژی
	AAMI/ST79 و ISO11140	AAMI/ST79 و ISO11140	PCD	پایش دستگاه های بی خطر ساز پسماند پزشکی (اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ و ۶، اندیکاتور بوویدیک)		

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
متدهای ۱ (تعیین نقاط نمونه برداری) ، ۵ و ۱۷ ISO 9096 و EPA از	ISO و EPA	گراویمتری	دستگاه نمونه بردار ذرات خروجی دودکش	TSP		
-	EPA	سنسور الکتروشیمیایی	دستگاه سنجش گاز	O ₂		
-	EPA	سنسور الکتروشیمیایی یا نوری مادون قرمز	دستگاه سنجش گاز	CO		
-	EPA	محاسبه دستگاهی	دستگاه سنجش گاز	CO ₂		
-	EPA	سنسور الکتروشیمیایی	دستگاه سنجش گاز	NO _X		
-	EPA	سنسور الکتروشیمیایی یا نوری مادون قرمز	دستگاه سنجش گاز	SO ₂		
-	EPA	سنسور الکتروشیمیایی	دستگاه سنجش گاز	H ₂ S		
EPA 207.1, CTM 027	EPA	سنسور الکتروشیمیایی	دستگاه سنجش گاز	NH ₃		
متد دستگاهی و 26	EPA	سنسور الکتروشیمیایی	دستگاه سنجش گاز	HCl		
29	EPA	-	دستگاه نمونه بردار فلزات	نمونه برداری فلزات *		
23	EPA	کروماتوگرافی	دستگاه GC	نمونه برداری دیوکسین * و فوران		
-	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	سنسور الکتروشیمیایی	دستگاه پرتابل	CO	نحوه برداشت از گازها و میکروبات	نحوه برداشت از گازها و میکروبات
-	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	سنسور الکتروشیمیایی	دستگاه پرتابل	SO ₂		
-	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	سنسور الکتروشیمیایی	دستگاه پرتابل	NO ₂		

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشنهادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
-	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	سنسور الکترو شیمیایی	دستگاه پرتابل	NO		
-	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	سنسور الکترو شیمیایی	دستگاه پرتابل	O ₃		
NIOSH-1501	NIOSH-EPA	NIOSH-EPA	GC، دستگاه SKC، پمپ	بنزن، اتیل بنزن، زایلن، تولوئن		
-	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	لیزری	دستگاه پرتابل	ذرات محیطی (PM ₁₀ - PM _{2.5})		
سری استانداردهای OIML	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	سنسور الکترو شیمیایی	دستگاه پرتابل	O ₂		
سری استانداردهای OIML	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	IR (مادون قرمز)	دستگاه پرتابل	CO ₂		
سری استانداردهای OIML	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	IR (مادون قرمز)	دستگاه پرتابل	CO		
سری استانداردهای OIML	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	IR (مادون قرمز)	دستگاه پرتابل	HC		
سری استانداردهای OIML	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	سنسور الکترو شیمیایی	دستگاه پرتابل	NO _x		
سری استانداردهای OIML	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	محاسباتی	دستگاه پرتابل	لامبدا		

شماره استاندارد	دستورالعمل های فنی	روش های پیشه‌هادی	نوع تجهیزات	پارامتر	بخش مربوطه	گروه تخصصی
ANSI IEC-61672	دستورالعمل مندرج در کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیست	دستگاهی یا آنالیزور	آنالیزور صدا	Leq	جدا	نیز نمودار
ISIRI ۸۵۶۷	دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و موسسه استاندارد ایران	دستگاهی	آنالیزور امواج	شدت میدان الکتریکی	نمودار رادیویی	نمودار صدا
۴.CFR	EPA	NDIR مادون قرمز غیر پخشی	Automated analyzer	CO	(گازها و ذرات معمولی)	بستگاهها
۴.CFR	EPA	فلورسانس ماورای بنفش	Automated analyzer	SO ₂		
۴.CFR	EPA	لومینسانس شیمیابی	Automated analyzer	NO ₂		
۴.CFR	EPA	جذب اوزن	Automated analyzer	O ₃		
۴.CFR	EPA	کاهش جذب اشعه بتا	Automated analyzer	ذرات محیطی PM ₁₀ , PM _{2.5}		

* در خصوص سنجش فلزات سنگین و دی اکسین و فوران استاندارد ارائه شده جهت نمونه برداری پارامترهای مذکور می باشد.